

Příprava ZP zákazníkem

1.Odpovědnosti a pravomoci: za realizaci a kontrolu plnění požadavků standardu v praxi zodpovídá pověřená sestra. Za zpracování a další aktualizaci doporučeného postupu zodpovídá manažérka vrchní sestra.

2. Poučení: předsterilizační příprava a transport ZP na oddělení CST musí být proveden v souladu dle platné legislativy.

3.Popis zabezpečované oblasti:

- ⇒ Použitý ZP musí být ihned dekontaminován na pracovišti, které ZP použilo při výkonu.
- ⇒ Použitý ZP ihned po ukončení výkonu vložte do připravené dekontaminační nádoby tak, aby byl zcela ponořený v dezinfekčním roztoku, použijte ochranné pracovní pomůcky.
- ⇒ ZP složený z jednotlivých částí rozložte tak, aby dekontaminace byla provedená na všech komponentech ZP.
- ⇒ Nůžky, peány apod. rozevřete minimálně na 120 stupňů.
- ⇒ Dodržte čas expozice použitého dekontaminačního prostředku.
- ⇒ Dekontaminovaný ZP opláchněte tekoucí vodou, důkladně osušte a vložte do označeného přepravního boxu („Materiál ke sterilizaci, má červenou samolepku, označení na víku“) a transportujte na CST, kde se umyje.
- ⇒ Je povinností zákazníka mít řádně označený box („Materiál ke sterilizaci“ má červenou samolepku, označení na víku). Označení musí být čitelné, nerasmazatelné a dezinfikovatelné.
- ⇒ Vyplňte – Požadavek na sterilizaci, dvojmo (1x CST archivuje po dobu 3 let, 1x kopie pro zákazníka slouží pouze jako provozní doklad), na žádance zákazník vyplní název materiálu, počet, jenoobal nebo dvojbal, dekontaminaci, mytí a druh sterilizace.
- ⇒ Pro COS a ty oddělení, které si nástroje dekontaminují a myjí sami, platí, že v protokolu zapíše druh použitého dekontaminačního prostředku, koncentraci, čas expozice a kdo provedl mytí ZP, box nebo kontejner bude označen „Materiál ke sterilizaci“. Vedou si „Deník manuálního mytí“
- ⇒ V případě , kdy si zákazník přinese ZP dekontaminované a umyté, označí křížkem na průvodce kolonku mytí.
- ⇒ Zákazník na průvodce Požadavek na sterilizaci si musí křížkem označit druh sterilizace a za určení druhu sterilizace si odpovídá. Druh sterilizace určuje výrobce ZP a je uveden v návodu.
- ⇒ Požadavek uložte do PVC složky k tomu určené, **nikdy** nevkládejte k dekontaminovanému materiálu nebo materiálu určenému k opakované sterilizaci.
- ⇒ ZP - obvazový materiál, štětičky apod. a nedávat do boxu s nástroji určeným k mytí, zvlášť!
- ⇒ Nový ZP zasílejte s kopií návodu ke sterilizaci doporučené výrobcem.
- ⇒ **Zdravotnické prostředky, které nejsou určeny ke sterilizaci nebo resterilizaci v žádném případě nesterilizujeme. Takový požadavek hodnotíme jako nežádoucí událost.**
- ⇒ Vysterilizovaný materiál bude vydán do boxu „Box na sterilní materiál“, označený modrou samolepkou.

Zkratky a pojmy:

ZP – zdravotnický prostředek

CST – centrální sterilizace

COS – centrální operační sály

Příloha: 01 „Požadavek na sterilizaci FO/CST/016“ naleznete na webu/CST